

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan, maka dapat disimpulkan :

Dari rancangan *walker* usulan mempunyai beberapa kelebihan dibanding *walker* awal, selain lebih sesuai ukurannya yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, *walker* ini memiliki beberapa fungsi yang tidak dimiliki oleh *walker* awal yaitu dapat mendeteksi detak jantung pengguna dengan memasang alat yang bernama *pulse oxymeter* pada *walker* usulan ini. *Walker* ini juga dilengkapi tempat penyimpanan yang berupa kantong untuk obat-obatan, minuman untuk kebutuhan pengguna, dan juga disertakan alas duduk jika pengguna dirasa ingin duduk setelah menggunakan *walker* ini. maka *walker* usulan lebih ergonomis dibandingkan dengan *Walker* awal.

#### 5.2 Saran

Adapun saran yang disampaikan oleh peneliti, yaitu :

1. Penelitian *walker* untuk pengembangan produk yang akan memberikan manfaat bagi rumah sakit dan memberikan manfaat bagi konsumen *walker*.
2. Alangkah baiknya jika, penelitian berikutnya menggunakan metode lain untuk perancangan dan pengembangan produk sehingga diharapkan menghasilkan inovasi – inovasi rancangan dan pengembangan produk yang lebih baik.